

# X線回折装置

株式会社リガク UltimaIV



インプレンスキャンによる面内構造解析に特化した仕様でありながら、感度の低下があるもののそのままでも面外回折測定も行える汎用性の高い装置です。アタッチメントを変更すると、高感度での面外回折測定も可能となります。

出力：40Kv/40mA

検出器：シンチレーションカウンター、

設置場所：産業科学研究所 第2研究棟 3F-S315

装置担当：先端機器室 佐久間